



Iktatószám:	134/321-6 /2012/134
Fax/Tel:	12758
Ügyintéző:	Ruff Miklós
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás nyújtása
Oldal:	4

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!


Mellékelten küldjük a BKV Zrt. 15/TB-294/12. számon „**29 darab defibrillátor beszerzése és teljes körű üzemeltetése**” tárgyban indult eljárásban ajánlattevői kérdésekre adott válaszainkat szíves felhasználásra.

Tájékoztatom, hogy Ajánlatkérő módosító hirdetményt adott fel, mely tartalmazza a módosított eljárási határidőket, valamint az eljárást megindító felhívás minden további módosuló pontját is. A módosító hirdetmény száma K. É. 1108/2013

Kérjük, ajánlatukat a kiegészítő tájékoztatásban és módosító hirdetményben foglaltak figyelembevételével szíveskedjenek benyújtani.

Budapest, 2013. január 17.

Tisztelettel:


dr. Várhelyi Katalin
Osztályvezető

**KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK**

**29 darab defibrillátor beszerzése és teljes körű üzemeltetése tárgyú
közbeszerzési eljárás kapcsán tartott konzultáción elhangzott kérdésekre
nyújtott tájékoztatás**

Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-294/12

1. Kérdés:

Az áruátvétel egy helyszínen vagy 29 különböző helyszínen történik?

Válasz:

Az áruátvétel 29 különböző helyszínen történik. Az eszközök a metróállomások forgalmi ügyeleteire lesznek kihelyezve.

2. Kérdés:

Miért szükséges paraméter az automatikus szinkronizáció? Ezzel funkcióval csak egy eszköz bír a piacon, illetőleg laikus újraélesztő estében amikor már a szív leállt és nincs szívhang, amihez szinkronizálni lehetne, abban az esetben a funkció teljességgel felesleges.

Válasz:

Piackutatásaink szerint a megvásárolható eszközök közül legalább 3-4 rendelkezik ezzel többlet funkcióval. Abban az esetben, ha az eszköz képes automatikus szinkronizációra is a sikeres újraélesztés esélye nagyobb.

3. Kérdés:

Minden készülékhez külön Pc alapú megjelenítő program szükséges, vagy elég egy darab, mert ki lesz alakítva egy központ, mely organizálja az adatokat?

Válasz:

Jelen pillanatban ajánlatkérő nem tervezi központ kialakítását, így kérjük minden defibrillátorhoz külön Pc alapú megjelenítő program rendelkezésre bocsátását.

4. Kérdés:

Belső memóriát lehet memóriakártyával biztosítani? Külső memória lehetséges opció?

Válasz:

Belső memóriát lehet memóriakártyával biztosítani. Külső memória esetében az adatok könnyebben elveszhetnek, ezért nem lehetséges a külső memória opció.

5. Kérdés:

Mit ért ajánlatkérő újraélesztő szett alatt, illetve mit tartalmaz?

Válasz:

Ajánlatkérő elfogadja a megajánlott eszközhöz tartozó gyári újraélesztő szettet. Amennyiben az ajánlat szerinti eszközhöz nem tartozik újraélesztő szett, abban az esetben a következőket kell tartalmaznia a szettnek: kézi lélegeztető ballon, egyszer használatos arcmaszkok több méretben, oropharyngealis tubus több méretben, fertőzés veszély elkerüléséhez és újraélesztés előkészítéséhez: olló, kesztyű, alkoholos lap, szemetes, borotva, fóliamaszk

6. Kérdés:

Ajánlattevő fel kívánja hívni ajánlatkérő figyelmét a specifikáció bizonyos elemeire, melyek tekintetében bizonyos mértékű tolerancia biztosítását indokoltnak látja, mert jelen kiírás estén csak egy-két gyártó termékével tudnak ajánlattevő társaságok ajánlatot adni. Cardiac Science G3 energia kibocsátása 360J-os, ilyen energia kibocsátású eszköz pedig maximum 2-3 van a piacon és a beszerzés célja és a termék felhasználási területe nem indokolja ezt a szigorú kiírást.

Válasz:

Ajánlatkérő megvizsgálta a műszaki feltételeket, melyeket a lehetőségekhez mérten lecsökkentett. A 360J-os energia kibocsátású készülékkel a sikeres életmentés valószínűsége bizonyítottan nagyobb. Az Országos Mentő Szolgálat is ilyen energia kibocsátású eszközök beszerzését tartotta szükségesnek. Az eszközök Budapest legforgalmasabb közlekedési csomópontjainak metrómegállóiba lesznek telepítve. Az utasforgalom és az eszközök rendeltetése, a sikeres életmentés indokolja a nagy teljesítményű gépek beszerzését.

7. Kérdés:

A programozható energiaprotokollok laikus újraélesztők esetében használhatatlanok. Valóban szükséges a műszaki paraméter megtartása?

Válasz:

Ajánlatkérő megvizsgálta elegendőnek találja az előre programozott energiaprotokollokat.

8. Kérdés:

Lithium elemes megoldás elfogadható a 290 leütés leadására képes telep helyett?

Válasz:

Ajánlatkérő nem fogadja el a lithium elemes megoldást.

9. Kérdés:

Mit ért ajánlatkérő oktatás alatt? Készülékhasználaton túl újraélesztési oktatásra is igényt tart?

Válasz:

Ajánlatkérő készülékhasználaton túl újraélesztési oktatásra is igényt tart.

10. Kérdés:

Az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezései eltérnek a minimálisan elvárt jótállás mértékének tekintetében. Kérem szépen határozzák meg, hogy melyik a helytálló.

Válasz:

Minimálisan elvárt jótállás 5év, ehhez képest többlet megajánlás adható, az ajánlati dokumentációban részletezet bírálati szempontok részben foglaltak figyelembevételével.

11. Kérdés:

A teljes körű üzemeltetés úgy értendő, hogy a defibrillátor ára már tartalmazza a szükség szerinti tartozékok pótlásának és az időszakos felülvizsgálatnak a költségeit is vagy a szolgáltatás teljesítése után ezek külön számlázandók?

Válasz:

A megadott ajánlati árak tartalmaznia kell a felülvizsgálat költségeit és a szükség szerinti tartozékok pótlásának költségeit is. Az ajánlati ár megadásánál kérjük vegyék figyelembe a módosított ajánlattételi dokumentáció rendelkezéseit.